



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A112 Cond Lab



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, om, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0...200 mS/cm
rozdzielczość	0,01 μS/cm
dokładność	±0,5% +1 cyfra
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm ₁]	0,001...10
temperatura odniesienia [°C]	20, 25
kompensacja temperatury	Lin
współczynnik temperatury [%/°C]	0,0...10,0
TDS	
zakres	0...19,999 mg/l
rozdzielczość	4 cyfry znaczące
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5 % +1 cyfra
kalibracja	do 5 pkt.
faktor TDS	0,01...10,00
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0... +105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	50
funkcje GLP	tak
wejścia	8-pin Mini DIN
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Konduktometr laboratoryjny